



IZVEŠTAJ br.: 000208

o ispitivanju - baždarenju merača protoka i opreme

Vlasnik merila: EKO DUVAN - BARIČ  
Merno mesto: YT. A-4

overa: PRVA REDOVNA VANREDNA  
MERNI ETALON: PROIZVOĐAČ: TAMI BODA TIP: 3000 BROJ: 921 INTERNA: Broj lverjenja ZMDM: 216-01-168911

MERAČ PROTOKA

POKAZNI UREDAJ

STANJE V<sub>1</sub> STANJE V<sub>2</sub>

PROIZVOĐAČ: EHERSON HIDROHOTOV

ZATEČENO STANJE: 2106451,35 2128599,35

TIP UREDAJA: ELITE CHEF500

ZAVRŠNO STANJE: 2124340,35 2146604,50

FAB. BR./GOD. PROIZV.: 14205447

FABRIČKI BROJ: FMS - K4 54/2011 IZVRŠEN PROTOK: =17.888,6 =18.004,35

MAX - MIN PROTOK: 6000 - 76 l/min

GOD. PROIZVODNJE: 2011 PROTODČENA ROBA VRAĆENO U MATIČNI REZERVOAR: DA NE

SLUŽBENA OZNAKA: 2-15-84

SLUŽBENA OZNAKA: 2-15-84

Red. br.	GORIVO	PROTOK l/min.	TEMPERATURA GORIVA °C		KOLIČINA NA 15°C	KOLIČINA NA Tp	POKAZIVANJE ETALON POSUDE	GREŠKA (%)		K. FAKTOR MERAČ	
			ETALON	MERAČ				(I)	(II)		
1	BMB95	900	19,0	18,8	2986,2	3000,0	2999,2	0,8	-0,02	211209437,95	1,0000
2	BMB	940	19,0	18,9	2986,0	3000,0	2998,0	2,0	-0,07	2112423,95	-11-
3	BMB	940	20,4	20,4	2980,3	2999,3	2996,6	3,1	-0,10	2115404,25	-11-
4	BMB	460	21,2	21,4	2978,8	3002,0	3000,9	1,1	-0,04	2118383,05	-11-
5	BMB	410	21,2	21,4	2979,5	3002,7	3002,0	0,7	-0,02	2121362,55	-11-
6	BMB	940	21,1	21,1	2977,8	2999,9	2996,5	3,4	-0,11	2124340,35	-11-
7					IZVRŠEN PROTOK: 17.888,6 L (V <sub>1</sub> )					18.004,35 L (V <sub>2</sub> )	

ZAKLJUČAK: Merač je usklađen sa propisima, koje propisuje Zakon o Metrologiji (Službeni list SCG, br.44/05).

PRIMEDBA - NAPOMENA:

BR. PLOMBI - NALEPNICA: 444

DA SU GORE NAVEDENI RADOVI IZVRŠENI - OVERAVA:

Адреса и место: Инфа

PREDHODNO BAŽDARENJE: UREDAJ ŽIGOSAN ZA: Doro ŽIGOVNI BR.: KM -

PRIPREMILO BAŽDARENJE: Todorović A. IZVRŠIO BAŽDARENJE: Vučković B. POTPIS: [Signature]





IZVEŠTAJ br.: 000209

o ispitivanju - baždarenju merača protoka i opreme

Viasnik merila: ELO DUMAY - BARIČ  
Merno mesto: YT. A-3

Overa: PRVA

MERNI ETALON: PROIZVOBAČ TAJU20DA REDOVNA TIP 3000 VANREDNA BROJ 921 INTERNA

MERAČ PROTOKA

POKAZNI UREDAJ

Broj uverenja ZMDM 016-01-1689/1  
V<sub>1</sub> STANJE V<sub>2</sub>

PROIZVOBAČ: EHERSON MICRO MOTOR PROIZVOBAČ: EHERSON MICRO MOTOR VADY ZATEČENO STANJE: 3228523,25 3302213,25

TIP UREDAJA: ELITE CHF 300 TIP UREDAJA: FHS-43 ZAVRŠNO STANJE: 3246407,35 3320219,35

FAB. BR./GOD. PROIZV.: 14205725 FABRIČKI BROJ: 33/2011 IZVRŠEN PROTOK: =18.884,5 =18.006,5

MAX - MIN PROTOK: 6000 - 76 l/min. GOD. PROIZVODNJE: 2011 PROTOČENA ROBA VRAĆENO U MATIČNI REZERVOAR: DA NE

SLUŽBENA OZNAKA: 2-15-84 SLUŽBENA OZNAKA: 2-15-84

Red. br.	GORIVO	PROTOK 1/min.	TEMPERATURA GORIVA °C		KOLIČINA NA 15°C	KOLIČINA NA Tp	POKAZIVANJE ETALON POSUDE	GRESKA		K. FAKTOR MERAČ	
			ETALON	MERAČ				(1)	(%)		
1	ED	1330	21,1	21,3	2985,1	3001,0	3003,4	2,4	+0,08	3231508,35	1,0000
2	-1-	1330	22,8	23,0	2980,9	3001,1	3003,0	1,9	+0,06	3234489,25	-1-
3	-1-	1330	23,3	23,5	2979,7	3001,1	3002,5	1,4	+0,05	3237468,95	-1-
4	-1-	1340	23,2	23,4	2979,8	3001,1	3000,1	1,0	-0,03	3240448,35	1,0008
5	-1-	650	23,4	23,5	2979,6	3001,1	3001,9	0,8	-0,03	3243428,35	-1-
6	-1-	1340	23,4	23,6	2979,4	3001,0	2999,6	1,4	-0,05	3246407,35	-1-
7					12 VRŠEŃI PROTOK: 17,884,5 L (V <sub>1</sub> )					18.006,5 L (V <sub>2</sub> )	-1-

ZAKLJUČAK: Merač je usklađen sa propisima, koje propisuje Zakon o Metrologiji (Službeni list SCG, br.44/05).

PRIMEĐBA - NAPOMENA: BR. PLOMBI - NALEPNICA: F41 DA SU GORE NAVEDENI RADOVI IZVRŠENI - OVERAVA:

HOVENAS NAMA: VODAM

UREDAJ ŽIGOSAN ZA: D012

POTPIS: [Signature]



PRIPREMILO BAŽDARENJE: TOĐORBOVIĆ D.  
IZVRŠIO BAŽDARENJE: [Signature]

MESTO I DATUM BAŽDARENJA: BAPU 29.07.2011